



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

La Empresa: BUNSEN S.A.

Con Domicilio: C/ Tokio, 2 Pol. Industrial Wells.

Y EN SU NOMBRE: Miguel Ángel Martín Jiménez.

DECLARA QUE EL PRODUCTO: Centrífuga de laboratorio

MARCA: BUNSEN

MODELO: HISTAM PLUS R REF.1466R

CUMPLE CON LOS OBJETIVOS ESENCIALES DE LAS DIRECTIVAS:

Directiva de Baja Tensión: 2006/95/CE

Directiva de Compatibilidad Electromagnética: 2004/108/CE

Directiva sobre productos sanitarios para Diagnostico In Vitro (IVD): 98/79/EC

Producto no diseñado para productos de la lista A y de la lista B ni para autodiagnóstico.

Y ES CONFORME A LAS SIGUIENTES NORMAS ARMONIZADAS:

UNE-EN 61010-1

UNE-EN 61010-2-020

UNE-EN 61010-2-101

UNE-EN 61326-2-6 :2013

UNE-EN ISO 13485

UNE-EN ISO 18113-3

UNE-EN 13612

UNE-EN ISO 14971

UNE-EN 62366

UNE-EN ISO 15223-1

AÑO MARCADO CE: 2014.

LUGAR Y FECHA: Humanes de Madrid, 15 de Octubre de 2014

Firmante: Miguel Ángel Martín Jimenez
Cargo: Director Técnico